



**Samodzielny Publiczny
Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy**
ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz
tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat 52 / 58-26-205, fax: 52 / 58-26-209
e-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl
NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000
Konto: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007 BGK



Bydgoszcz, dnia 22 stycznia 2019 r.

Znak sprawy: **01/2019**

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Zakup i dostawę stymulatorów jednojamowych, dwujamowych, elektrod do stymulatorów oraz introducerów.**”. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 504872-N-2019 z dnia 17.01.2019 r., stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-msw.bydgoszcz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

ZAWIADOMIENIE

W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pytanie 1 (dot. poz. 2)

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie symulatorów dwujamowych bez overdrive pacing?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 2 (dot. poz. 3)

Czy Zamawiający zaakceptuje elektrodę bipolarną do stałej stymulacji serca z możliwością programowalnej zmiany na konfigurację uipolarną?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Dyrektor
SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy

dr n. med. Marek Lewandowski
/podpis na oryginale/

Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej