



**Samodzielny Publiczny**  
**Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy**  
ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz  
tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat 52 / 58-26-205, fax: 52 / 58-26-209  
e-mail: [sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl](mailto:sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl)  
NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000  
Konto: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007 BGK



Bydgoszcz, dnia 05 listopada 2019 r.

Znak sprawy: **11/2019**

#### Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Zakup i dostawę nici chirurgicznych oraz materiałów do zamykania powłok**”. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 613451-N-2019 z dnia 22.10.2019 r., stronie internetowej Zamawiającego [www.szpital-msw.bydgoszcz.pl](http://www.szpital-msw.bydgoszcz.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

#### ZAWIADOMIENIE

W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

#### PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Pytanie 1 (dot. Pakiet nr 1, poz. 1)**

Pakiet nr 1, pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści igłę o długości 22 mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2 (dot. Pakiet nr 1, poz. 1)**

Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej szwów z igłą o długości 22mm, pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3 (dot. Pakiet nr 1, poz. 4)**

Pakiet nr 1, pozycja 4 – czy Zamawiający dopuści długość szwu 90 cm ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4 (dot. Pakiet nr 1, poz. 4, 6)**

Pakiet nr 1, pozycja 4, 6 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5 (dot. Pakiet nr 1, poz. 5, 6, 8, 10, 11)**

Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 5,6,8,10,11 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej szwów z nicią o długości 90cm, pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 6 (dot. Pakiet nr 1, poz. 8)**

Pakiet nr 1, pozycja 8 – czy Zamawiający dopuści długość szwu 90 cm ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 7 (dot. Pakiet nr 1, poz. 9)**

Pakiet nr 1, pozycja 9 – czy Zamawiający dopuści igłę o długości 70 mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody powyższe.**

**Pytanie 8 (dot. Pakiet nr 1, poz. 9)**

Pakiet nr 1, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 65mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody powyższe.**

**Pytanie 9 (dot. Pakiet nr 1, poz. 10)**

Pakiet nr 1, pozycja 10 – czy Zamawiający dopuści długość szwu 90 cm ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 10 (dot. Pakiet nr 1, poz. 12)**

Pakiet nr 1, pozycja 12 – czy Zamawiający dopuści igłę ½ koła ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 11 (dot. Pakiet nr 1, poz. 17)**

Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 17 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej szwów w rozmiarze USP „0”, pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 12 (dot. Pakiet nr 2)**

Czy Zamawiający w w/w pakiecie dopuści nić **powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia**, pozostałe parametry nici zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 13 (dot. Pakiet nr 2)**

Pakiet nr 2, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pokrytych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 14 (dot. Pakiet nr 2, poz. 2)**

Pakiet nr 2, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 15 (dot. Pakiet nr 2, poz. 2)**

Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej igieł odwrotnie tnących, pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 16 (dot. Pakiet nr 3)**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie **nici o czasie wchłaniania 90-120 dni**, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 17 (dot. Pakiet nr 3, poz. 8)**

Pakiet nr 3, pozycja 8 – czy Zamawiający dopuści długość szwu 90 cm ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 18 (dot. Pakiet nr 3, poz. 9, 12, 15)**

Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 9,12,15 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie i wycenę w ofercie przetargowej szwów z nicią o długości 90cm, pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 19 (dot. Pakiet nr 3, poz. 13)**

Pakiet nr 3, pozycja 13 – czy Zamawiający dopuści długość szwu 90 cm ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 20 (dot. Pakiet nr 3, poz. 14)**

Pakiet nr 3, pozycja 14 – czy Zamawiający dopuści długość szwu 90 cm ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 21 (dot. Pakiet nr 3, poz. 15)**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie **igły o długości 48 mm**.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 22 (dot. Pakiet nr 3, poz. 15)**

Pakiet nr 3, pozycja 15 – czy Zamawiający dopuści igłę o długości 48 mm i długość szwu 90 cm ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 23 (dot. Pakiet nr 3, poz. 15)**

Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 15 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie i wycenę w ofercie przetargowej szwów z igłą o długości 48mm, pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 24 (dot. Pakiet nr 3, poz. 15)**

Pakiet nr 3, pozycja 15 – Czy Zamawiający dopuści zaferowanie igły o długości 48mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 25 (dot. Pakiet nr 4, poz. 1)**

Pakiet nr 4, pozycja 1 – czy Zamawiający igłę okrągłą-tnącą ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 26 (dot. Pakiet nr 4, poz. 1, 2)**

Czy Zamawiający w/w pozycjach ma na myśli igłę pojedynczą 48mm ½ koła **typu pętla, o długości nici 150-160 cm?**

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 27 (dot. Pakiet nr 4, poz. 1, 2)**

Pakiet nr 4, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o okresie podtrzymywania min. 56 dni, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 28 (dot. Pakiet nr 4, poz. 1, 2)**

Pakiet nr 4, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły pojedynczej z nitką w kształcie pętli o długości 150cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 29 (dot. Pakiet nr 4, poz. 2)**

Pakiet nr 4, pozycja 2 – czy Zamawiający igłę okrągłą-tnącą ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 30 (dot. Pakiet nr 5, poz. 1)**

Pakiet nr 5, pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści igłę o długości 36 mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 31 (dot. Pakiet nr 5, poz. 2)**

Pakiet nr 5, pozycja 2 – czy Zamawiający dopuści igłę o długości 40 mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 32 (dot. Pakiet nr 5, poz. 6)**

Pakiet nr 5, pozycja 6 – czy Zamawiający dopuści długość szwu 250 cm ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 33 (dot. Pakiet nr 6, poz. 6, 7)**

Pakiet nr 5, pozycja 6-7 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 250cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 34 (dot. Pakiet nr 5, poz. 7)**

Pakiet nr 5, pozycja 7 – czy Zamawiający dopuści długość szwu 250 cm ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 35 (dot. Pakiet nr 6, poz. 1, 2)**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew z igłą **odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point**, bez określenia „dwuwkłęśła”, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 36 (dot. Pakiet nr 6, poz. 1, 2)**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew z igłą **odwrotnie tnącą kosmetyczną**, bez określenia „dwuwkłęśła”, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 37 (dot. Pakiet nr 6, poz. 1)**

Pakiet nr 6, pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 38 (dot. Pakiet nr 6, poz. 2)**

Pakiet nr 6, pozycja 2 – czy Zamawiający dopuści igłę odwrótnie tnącą o długości 20 mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 39 (dot. Pakiet nr 6, poz. 2)**

Pakiet nr 6, pozycja 2 – czy Zamawiający dopuści igłę odwrótnie tnącą o długości 20 mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 40 (dot. Pakiet nr 6, poz. 3)**

Pakiet nr 6, pozycja 3 – czy Zamawiający dopuści długość szwu 90 cm ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 41 (dot. Pakiet nr 6, poz. 4)**

Pakiet nr 6, pozycja 4 – czy Zamawiający dopuści długość szwu 90 cm ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 42 (dot. Pakiet nr 6, poz. 5)**

Pakiet nr 6, pozycja 5 – czy Zamawiający dopuści długość szwu 90 cm ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 43 (dot. Pakiet nr 6, poz. 6)**

Pakiet nr 6, pozycja 6 – czy Zamawiający dopuści igłę o długości 18 mm i długość szwu 90 cm ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 44 (dot. Pakiet nr 6, poz. 7)**

Pakiet nr 6, pozycja 7 – czy Zamawiający dopuści igłę o długości 25 mm i długość szwu 90 cm ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 45 (dot. Pakiet nr 6, poz. 8)**

Pakiet nr 6, pozycja 8 – czy Zamawiający dopuści długość szwu 90 cm ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 46 (dot. Pakiet nr 6, poz. 9)**

Pakiet nr 6, pozycja 9 – czy Zamawiający dopuści igłę o długości 25 mm i długość szwu 90 cm ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 47 (dot. Pakiet nr 6, poz. 10)**

Pakiet nr 6, pozycja 10 – czy Zamawiający dopuści igłę o długości 25 mm i długość szwu 90 cm ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 48 (dot. Pakiet nr 6, poz. 11)**

Pakiet nr 6, pozycja 11 – czy Zamawiający dopuści długość szwu 90 cm ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 49 (dot. Pakiet nr 6, poz. 12)**

Pakiet nr 6, pozycja 12 – czy Zamawiający dopuści igłę o długości 35 mm i długość szwu 90 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 50 (dot. Pakiet nr 6, poz. 13)**

Pakiet nr 6, pozycja 13 – czy Zamawiający dopuści igłę ½ koła o długości 50 mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 51 (dot. Pakiet nr 7, poz. 2)**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szwu jedwabnego w kolorze czarnym.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 52 (dot. Pakiet nr 9, poz. 1)**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wosku składającego się z wosku pszczelego 83%, wosk parafinowy 5% oraz palmitynianu izopropylu 12%? Palmitynian izopropylu jest substancją zmiękczającą.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 53 (dot. Pakiet nr 10, poz. 1)**

Czy Zamawiający dopuści do oceny jednorazowe staplery skórne z 35 zszywkami, znanego amerykańskiego producenta, z zszywkami o średnicy 0,60 mm, rozpiętości 6,6 mm i długością nóżek 4,8 mm pokrytymi politetrafluoroetylenem (PTFE) dla ułatwionej penetracji oraz minimalizacji dolegliwości bólowych po zaleczeniu rany?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 54 (dot. Pakiet nr 10, poz. 1)**

Pakiet nr 10, pozycja 1 – Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby zszywki pokryte były policzterofluoroetylenem?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 55 (dot. Pakiet nr 10, poz. 1)**

Pakiet nr 10, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów posiadających zszywki o średnicy 0,6mm, rozpiętość zszywki 7,2mm, długość nóżek zszywki 4,9mm?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 56 (dot. Pakiet nr 13, poz. 1)**

Prosimy o podanie oznaczenia katalogowego klipsownicy do klipsów opisanych w Pakiecie 13.

**Odpowiedź:**

**PL503R.**

**Pytanie 57 (dot. Pakiet nr 14, poz. 1)**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsów pakowanych po 6 sztuk w magazynku.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 58 (dot. Pakiet nr 14, poz. 1)**

Czy Zamawiający dopuści do oceny klipsy polimerowe niewchłaniające, znanego amerykańskiego producenta, kompatybilne z hybrydowym zestawem aplikatorów w opakowaniach zawierających 14 magazynków i 6 szt. klipsów w pojedynczym magazynku? Tym samym w jednym opakowaniu zaofiarowalibyśmy 84 szt. klipsów. Pozostałe parametry techniczne oferowanego produktu pozostają bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

#### PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ

**Pytanie 59**

Czy w rozdziale IV nie zaszła pomyłka. Otwarcie ofert ma nastąpić 30.10.2019r., a umowa ma obowiązywać do 31.10.2019r?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza, że doszło do oczywistej omyłki prawidłowy termin to 31.10.2021.**

**Pytanie 60**

Czy nie zaszła omyłka w zakresie terminu realizacji umowy?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza, że doszło do oczywistej omyłki prawidłowy termin to 31.10.2021.**

**Pytanie 61**

Prosimy o potwierdzenie, że wkradła się omyłka pisarska w w/w rozdziale SIWZ, który mówi, iż: „Wymagany termin realizacji zamówienia – sukcesywnie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.10.2019 r.”?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza, że doszło do oczywistej omyłki prawidłowy termin to 31.10.2021.**

**Pytanie 62**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakkolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza.**

#### PYTANIA DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY

**Pytanie 63 (dot. § 4 ust. 2)**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „...od chwili jej złożenia” na „...od dnia jej uznania”.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

**Pytanie 64 (dot. § 5 ust. 1)**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji z 3 na 7 dni roboczych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

**Pytanie 65 (dot. § 5 ust. 1)**

Wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §5 ust. 1 do wysokości 1% wartości niedostarczonego, niezgodnego lub reklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 66 (dot. § 5 ust. 1, § 8 ust. 3)**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1 oraz § 8 ust. 3:

1. W przypadku opóźnienia w dostawie towaru ponad termin ustalony w § 2 ust. 5, a także dostarczenia towaru niezgodnego z postanowieniami niniejszej umowy, w tym niezgodnego ze złożonym zamówieniem albo w przypadku opóźnienia w załatwieniu reklamacji ponad termin określony w § 4 ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w wysokości **0,5%** wartości **brutto** niedostarczonego, niezgodnego lub reklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego, niezgodnego lub reklamowanego towaru.**
2. W przypadku rozwiązania umowy w okolicznościach opisanych w ust. 1 lit. b niniejszego paragrafu Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości **niezrealizowanej części** umowy wskazanej w § 3 ust. 1.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

**Na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 08.11.2019 r. do godz. 10:30. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.11.2019 r. o godz. 11:00.**

**W związku z powyżej opisanymi zmianami modyfikacji uległa treść SIWZ. Wykonawcy pragnący złożyć ofertę w toczącym się postępowaniu są zobligowani do złożenia oferty przygotowanej w oparciu o zamieszczoną na stronie internetowej, tj. [www.szpital-msw.bydgoszcz.pl](http://www.szpital-msw.bydgoszcz.pl), zmodyfikowaną treść SIWZ wraz z załącznikami oraz udzielonymi odpowiedziami na pytania.**

Dyrektor  
SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy

dr n. med. Marek Lewandowski  
/podpis na oryginale/

Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej