



**Samodzielny Publiczny
Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy**
ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz
tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat 52 / 58-26-205, fax: 52 / 58-26-209
e-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl
NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000
Konto: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007 BGK



Bydgoszcz, dnia 29 lipca 2020 r.

Znak sprawy: **05/2020**

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu: „Poprawa jakości realizowanych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób układu krążenia i oddechowego poprzez przebudowę Oddziału Kardiologii z pododdziałem chorób wewnętrznych wraz z doposażeniem w sprzęt i wyposażenie medyczne oraz w zakresie chorób nowotworowych układu moczowo - pęciowego i pokarmowego poprzez zakup sprzętu i wyposażenia medycznego”**.. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod **2020/S 120-291595** z dnia 24 czerwca 2020r., stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-msw.bydgoszcz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

ZAWIADOMIENIE

W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pytanie 1 (dot. Pakiet nr 13, załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 4)

Czy Zamawiający dopuści podwójne koła zapobiegające wkręcaniu się przewodów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 (dot. Pakiet nr 13, załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 9)

Czy Zamawiający dopuści uchwyt na jeden parownik?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 3 (dot. Pakiet nr 13, załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 37)

Czy Zamawiający dopuści wstępne, automatyczne programowanie parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonego wzrostu i wieku pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 (dot. Pakiet nr 13, załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 39)

Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczuleń bez automatycznej zmiany dolnej granicy alarmowej ciśnienia PAW przy zmianie nastawy PEEP?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 (dot. Pakiet nr 13, załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 61)

Czy Zamawiający dopuści możliwość ominięcia procedury testowej w celu umożliwienia natychmiastowej pracy min. 9 razy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 (dot. Pakiet nr 13, załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 65)

Czy spełni wymagania Zamawiającego monitor pacjenta umożliwiający podłączenie do klinicznych systemów informatycznych zbierających parametry życiowe pacjenta, po rozbudowie o odpowiedni serwer sieciowy, przesyłający do nich parametry z kardiomonitora oraz aparatu do znieczulania za pomocą standardowego interfejsu HL7, dzięki czemu jest możliwa współpraca z każdym systemem informatycznym, obsługującym interfejs HL7 i prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, bez określania producenta i nazwy systemu informatycznego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Dyrektor
SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy

dr n. med. Marek Lewandowski
/podpis na oryginale/

Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej