



Samodzielny Publiczny
Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy
ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz
tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat 52 / 58-26-205, fax: 52 / 58-26-209
e-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl
NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000
Konto: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007 BGK



Bydgoszcz, dnia 01 wrzesień 2020 r.

Znak sprawy: **09/2020**

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Zakup i dostawa produktów leczniczych, zestawów zabiegowych, środków do dezynfekcji.**” Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 577824-N-2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r., stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-msw.bydgoszcz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

ZAWIADOMIENIE

W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pytanie 1 (dot. Pakiet nr 1, poz. 1)

W związku z ogłoszonym postępowaniem nr 09/2020 zwracam się z zapytaniem, czy wyrażą Państwo zgodę na przedstawienie oferty na Gliclazidum 60 mg x 90 tabl. zamiast x 60 tabl. z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia wycenianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 (dot. Pakiet nr 3, poz. 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w którego składzie fartuchy chirurgiczne wzmocnione mają odporność na przesiąkanie płynów min. 165 cmH₂O oraz brak w zestawie pojemnika na płyny – pozostałe komponenty i parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 (dot. Pakiet nr 4, poz. 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w którego składzie znajduje się jedna serweta pod pośladki oraz kompresy z włókniny 10 x 10 cm mają 6 warstw 30g/m² – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 (dot. Pakiet nr 5, poz. 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do wklucia centralnego o składzie:

1 x Serweta włókninowa nieprzylepna 75x90 cm

1 x Ręcznik 33x33cm

1 x Kleszczyki typu Kocher, 14 cm

5 x Tupfer włókninowy, wielkość śliwki

1 x Serweta włókninowa nieprzylepna 75x90 cm z otworem

1 x Igła czarna 0,7x30 mm, 22 G 1 1/4

1 x Igła różowa 1,2x40 mm, 18G, 1 ½

1 x Strzykawką 20 ml, Luer Lock

1 x Strzykawką 10 ml, Luer Lock

1 x Skalpel 14 cm, Fig 11, nie zapakowany
1 x Pęseta typu Adson z ząbkami, metalowa, 12 cm
1 x Pojemnik plastikowy 120 ml
1 x Nożyczki metalowo-plastikowe ostre 11 cm
6 x Kompres włókninowy 7,5x7,5 cm, 30 g/m² - 4 warstwy
2 x Kompres gazowy 5x5 cm, 8 warstw
1 x Hydrofilm 10x15 cm
1 x Imadło Mayo-Hegar 12 cm, metalowe – całość w opakowaniu typu blister z dwoma wgłębieniami.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno – Administracyjnych
Główny Księgowy

mgr Mirosława Cieślak
/podpis na oryginale/