



Samodzielny Publiczny
Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy
ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz
tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat 52 / 58-26-205, fax: 52 / 58-26-209
e-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl
NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000
Konto: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007 BGK



Bydgoszcz, dnia 20.08.2021 r.

Znak sprawy: **04/2021**

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, w tym: wyroby medyczne do higieny, wyroby do endoskopii i endochirurgii, elektrody, cewniki, dreny, igły, strzykawki, zestawy do znieczulania, rurki intubacyjne i tracheostomijne, kaniule, klipy, wzierniki, końcówka noża harmonicznego, próżnościąg położniczy, zestaw do infuzji, trokary, fartuchy, serwety, pościel z włókniny, filtry oddechowe, maski, rękawiczki, strzygarki i. in..** Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr **2021/S 141-372516** z dnia 23 lipca 2021 r., stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-msw.bydgoszcz.pl.

ZAWIADOMIENIE NR 2

W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

Pytanie 1 (dot. Pakiet nr 58, poz. 9)

Pytanie 337 (dot. Pakiet nr 58, poz. 9)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie elektrody kulkowej, jednorazowego użytku, pakowanej po 12szt. Ze względu na bezpieczeństwo przeprowadzanych procedur zabiegowych elektrody wielorazowe nie są już produkowane.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o określenie wymaganej ilości, uwzględniając fakt, że minimalna ilość do zamówienia to opakowanie zbiorcze 12szt.

Odpowiedź:

W zawiadomieniu o pytaniach i odpowiedziach oraz modyfikacji SWZ z dnia 16.08.2021 Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 337 w wyniku błędu edytorskiego udzielił niepełnej odpowiedzi.

Prawidłowa odpowiedź na pytanie wykonawcy brzmi:

Zamawiający dopuszcza. Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę.

Pytanie 366 (dot. Pakiet nr 63)

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 63 w pozycji 2 (w związku ze zmianą wprowadzaną przez producenta) dopuści zestaw wyposażony w jedną strzykawkę luer-lock 30 lub 60 ml; zestaw spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź:

W zawiadomieniu o pytaniach i odpowiedziach oraz modyfikacji SWZ z dnia 16.08.2021 Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 366 w udzielił błędnej odpowiedzi. „Zgodnie z SWZ”

Prawidłowa odpowiedź na pytanie wykonawcy brzmi:

Zamawiający dopuszcza.

Dyrektor
SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy

dr n. med. Marek Lewandowski
/podpis na oryginale/

Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej